



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000013/2022

Processo: 001894/2022

Abertura: 25/02/2022 09:00

Expedição: 14/02/2022

ANEXO I - (LOTES)

Lote LANCETA PARA TESTE DEGLICEMIA CAPILAR 28G

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00001	00040761	TIRA REAGENTE GLICEMIA - Aplicação: determinação quantitativa de glicemia; amostra: sangue total; uso: monitor de glicemia compatível; faixa médica: 10-20 a 500-600 mg/dl; metodologia de leitura: amperométrica, fotométrica ou mista; que atenda inclusive neonatos, temperatura armazenamento: até 25 °c; embalagem: embalado individualmente ou em frasco de 25/50 unidades; rotulagem: número do lote e data de validade presentes nas embalagens; características adicionais: garantia de fornecimento de 1 glicosímetro e bateria para cada 600 tiras em regime de comodato, profissional de saúde responsável por treinamento e capacitação no uso do equipamento; certificação: bpf - boas práticas de fabricação da anvisa; registro: registro do produto na anvisa; legislação: de acordo com legislação atual vigente; unidade de fornecimento: unidade. obs: deverão ser fornecidos os conjuntos (glicosímetro e bateria), no ato da entrega das fitas, em regime de comodato e treinamento prévio para usuários. A proporção deverá ser de um conjunto para 600 fitas. sempre que houver problemas no funcionamento, os aparelhos deverão ser substituídos enquanto houver fitas disponíveis em estoque.- Será necessário além da proporção de um conjunto (glicosímetro e bateria) para 600 fitas, o fornecimento de 150 glicosímetros para substituir os aparelhos já em uso pelos pacientes diabéticos.	UND	130.000,0			
Quantidade				130.000,0	Valor Total do Lote		

Lote TIRA REAGENTE GLICEMIA

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00002	00038597	LANCETA PARA TESTE DEGLICEMIA CAPILAR 28G - Deve atender a NR 32, deve apresentar trava de segurança para impedir a reutilização.	UND	130.000,0			
Quantidade				130.000,0	Valor Total do Lote		

Valor Total Geral