

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00034/2024 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS  
COM AMOSTRA/PROSPECTO****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DAS AMOSTRAS**

<b>EMPRESA: DENTAL IPO LTDA</b> <b>CNPJ: 50.567.060/0001-69</b>		
<b>Lote</b>	<b>Marca</b>	<b>Resultado da Análise</b>
<b>LOTE 0019 – FIO DE SUTURA-SEDA 4.0 ODONTO - PRETA TRANCADA ESTERIL NAO ABSORVIVEL - 45CM - 24 ENVELOPES USO ODONTOLOGICO</b>	Technofio	APROVADA
<b>Justificativa: o produto atende às especificações do edital.</b>		

<b>EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA</b> <b>CNPJ: 05.199.015/0001-44</b>		
<b>Lote</b>	<b>Marca</b>	<b>Resultado da Análise</b>
<b>LOTE 0009 – CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO COMPOSICAO:O PO DO IONOMERO DE VIDRO CONTEM: SILICATO DE BARIO E ALUMINIO, ACIDO POLIACRILICO DESIDRATADO E OXIDO DE FERRO.O LIQUIDO DO IONOMERO DE VIDRO CONTEM: ACIDO POLIACRILICO, ACIDO TARTARICO E AGUA DESTILADA; CIMENTO IONOMERO DE VIDRO CONDENSAVEL, PARA RESTAURACOES EM DENTES POSTERIORES, QUIMICAMENTE ATIVADO, RADIOPACO, DE BOA ESTETICA, DE FACIL MANIPULACAO, COM RAPIDO ENDURECIMENTO E QUE PODE SER ESCULPIDO COM FACILIDADE; SUA GELEIFICACAO OCORRE PELA REACAO ACIDO/BASE; ALEM DAS CARACTERISTICAS COMUNS A UM IONOMERO DE VIDRO, QUE SAO A BIOCOMPATIBILIDADE, GRANDE ADESAO QUIMICA, BAIXA SOLUBILIDADE, ADESAO EM SUPERFICIES UMIDAS E LIBERACAO CONTINUA DE FLUOR, POSSUI, ADICIONALMENTE, ALTA RESISTENCIA A COMPRESSAO, ALTA RESISTENCIA A FLEXAO, DUREZA DE SUPERFICIE, ALTA VISCOSIDADE E BAIXA ABRASAO, SENDO IDEAL PARA USO NA TECNICA ART;INDICACOES:RECOMENDADO PARA RESTAURACAO FINAL CLASSES I, II, III E V DE DENTES DECIDUOS; PARA RESTAURACOES PERMANENTES OU DE LONGA DURACAO EM AREAS SEM IMPACTO DE CLASSE I E II; E PARA RESTAURACOES INTERMEDIARIAS. POSSUI USO RECOMENDADO PARA A TECNICA RESTAURADORA ATRAUMATICA (ART), PARA AS CAVIDADES QUE ENVOLVAM UMA OU MAIS SUPERFICIES, RESTAURACOES EM DENTES DECIDUOS E PERMANENTES E NUCLEOS DE PREENCHIMENTO; PODE SER USADO COMO MATERIAL INTERMEDIARIO PARA CAVIDADES SOB STRESS PESADO DE</b>	FGM	REPROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00034/2024 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS  
COM AMOSTRA/PROSPECTO****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DAS AMOSTRAS**

CLASSE I E II E NA ADEQUACAO DO MEIO BUCAL EM PACIENTES COM ATIVIDADE OU NAO;APRESENTACAO:CARTUCHO CONTENDO: 1 FRASCO COM 12,5G DE PO + 1 FRASCO COM 8,5ML DE LIQUIDO + 1 COLHER MEDIDORA + 1 BLOCO PARA ESPATULACAO; COR A3		
<b>Justificativa: Não apresentou amostra para análise.</b>		
<b>LOTE 0033</b> - SOLUCAO HEMOSTATICA INDICADO PARA CONTROLE DE EXSUDATO E SANGRAMENTO, MELHORANDO AS CONDICÕES DE VISUALIZACAO E MANIPULACAO DOS TECIDOS GENGIVAIS E PERIODONTAIS. E INDICADO NOS SEGUINTE PROCEDIMENTOS: RETRACAO GENGIVAL TEMPORARIA; MOLDAGENS DE ELEMENTOS DENTAIS (TODAS AS TECNICAS); CIMENTACAO DE COROAS TOTAIS; RESTAURACOES SUBGENGIVAIS.AGENTE ATIVO: CLORETO DE ALUMINIO A 25%. AGENTES INATIVOS: AGUA DEIONIZADA, HIDROXIDO DE SODIO, ESPESSANTE E UMECTANTE. EMBALAGEM COM GEL DE 2,5G + 5 PONTEIRAS.	MAQUIRA	REPROVADA
<b>Justificativa: Não apresentou amostra para análise.</b>		

<b>EMPRESA: DL DENTAL LTDA</b> <b>CNPJ: 07.827.565/0001-96</b>		
<b>Lote</b>	<b>Marca</b>	<b>Resultado da Análise</b>
<b>LOTE 0031</b> – RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR OPACA COM 100% DE NANOPARTICULA, MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA E PARTICULAS INORGANICAS DE ZIRCONIA/SILICA COM TAMANHO DE 5 A 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE 0,6 A 1,4 MM E 59,5% DE CARGA EM VOLUME (78,5% EM PESO). AS SERINGAS COM 4 G. COR OPACA USO ODONTOLOGICO	ULTRADENT OPAQUER	APROVADA
<b>Justificativa: o produto atende às especificações do edital.</b>		

<b>EMPRESA: L.A DALLA PORTA JUNIOR</b> <b>CNPJ: 11.145.401/0001-56</b>		
<b>Lote</b>	<b>Marca</b>	<b>Resultado da Análise</b>
<b>LOTE 0004</b> – AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA 0,3 X 16MM POSSUI BISEL TRIFACETADO ULTRA AFIADO QUE PERMITE FÁCIL PENETRAÇÃO NO TECIDO E BORDAS ARREDONDADAS QUE PROTEGEM A GENGIVA. SELADA COM LACRE EM	PROCARE	APROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00034/2024 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS  
COM AMOSTRA/PROSPECTO****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DAS AMOSTRAS**

<p>CÓDIGO DE CORES, O QUAL FACILITA A SUA IDENTIFICAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO ENTRE MODELOS. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO (UL-BR 092017-101182465). PRODUTO ESTÉRIL E DE REPROCESSAMENTO PROIBIDO. COMPRIMENTO: EXTRA CURTA: 0,3 X 16MM. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALIDADE: 5ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO.</p> <p><b>Justificativa: marca aprovada no relatório de análise de conformidade do Pregão Eletrônico Nº 00012/2022.</b></p>		
<p><b>LOTE 0005</b> – AGULHA GENGIVAL LONGA TAMANHO 27G TRIFACETADAS COM INDICAÇÃO DA FACE DO BISEL E PAREDES FINAS, COM LACRES POR SOLDA À FUSÃO E PROTETORES SUPER SEGUROS, APIROGÊNICAS E ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO (CAIXA COM 100 UNIDADES)</p> <p><b>Justificativa: marca aprovada no relatório de análise de conformidade do Pregão Eletrônico Nº 00012/2022.</b></p>	PROCARE	APROVADA
<p><b>LOTE 0017</b> - FILME PERIAPICAL ADULTO INTRAORAL DE VELOCIDADE E FORNECE UMA NITIDEZ BRILHANTE DE IMAGEM USANDO APENAS A METADE DO TEMPO DE EXPOSICAO QUE NECESSITAM OS FILMES TRADICIONAIS DE VELOCIDADE D.CONTEM 150 PELICULAS. USO ODONTOLOGICO.</p> <p><b>Justificativa: o produto atende às especificações do edital.</b></p>	CARESTREAM	APROVADA
<p><b>LOTE 0018</b> - FILME PERIAPICAL INFANTIL INTRAORAL DE VELOCIDADE E FORNECE UMA NITIDEZ BRILHANTE DE IMAGEM USANDO APENAS A METADE DO TEMPO DE EXPOSICAO QUE NECESSITAM OS FILMES TRADICIONAIS DE VELOCIDADE D.CONTEM 150 PELICULAS. USO ODONTOLOGICO</p> <p><b>Justificativa: o produto atende às especificações do edital.</b></p>	CARESTREAM	APROVADA

<b>EMPRESA: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA</b> <b>CNPJ: 28.857.335/0001-40</b>		
<b>Lote</b>	<b>Marca</b>	<b>Resultado da Análise</b>
<b>LOTE 0003</b> – AGULHA GENGIVAL CURTA TAMANHO 30G TRIFACETADAS COM INDICACAO DA FACE DO BISEL E	DESCARPACK	APROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00034/2024 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS  
COM AMOSTRA/PROSPECTO****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DAS AMOSTRAS**

PAREDES FINAS, COM LACRES POR SOLDA A FUSAO E PROTETORES SUPER SEGUROS, APIROGENICAS E ESTERILIZADAS POR OXIDO DE ETILENO (CAIXA COM 100 UNIDADES)  <b>Justificativa: o produto atende às especificações do edital.</b>		
<b>LOTE 0006 – BANDA MATRIZ ACO INOX 0,05X5X500M</b>  <b>Justificativa: o produto apresentado se mostra “fino” e flexível. A matriz deve ser mais rígida e resistente, para que não prejudique a execução do serviço feito pelo profissional.</b>	IMPLA	REPROVADA
<b>LOTE 0007– BANDA MATRIZ ACO INOX 0,05X7X500M</b>  <b>Justificativa: o produto apresentado se mostra “fino” e flexível. A matriz deve ser mais rígida e resistente, para que não prejudique a execução do serviço feito pelo profissional.</b>	IMPLA	REPROVADA
<b>LOTE 0010 – CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO COMPOSTO DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO E UTO ENDURECIVEL, BIOCOMPATIVEL, BACTERIOSTATICO (PH ALCALINO), NAO CONTEM EUGENOL, CAIXA COM: 1 TUBO DE PASTA BASE 13G, 1 TUBO DE PASTA CATALIZADORA 11G, 1 BLOCO DE MISTURA</b>  <b>Justificativa: o produto atende às especificações do edital.</b>	DENTSPLY	APROVADA
<b>LOTE 0016 – ESPELHO BUCAL PLANO NO 5 EM ACO INOXIDAVEL, UTILIZANDO UM ESPELHO EM CRISTAL FLOAT COM DUAS CAMADAS PROTETORAS ANTI-CORROSAO. (AMOSTRA TECNICA)</b>  <b>Justificativa: o produto fica “folgado” ao ser encaixado no cabo para espelho da mesma marca (impla), impossibilitando o uso pelo profissional.</b>	IMPLA	REPROVADA
<b>LOTE 0023 – RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA DO TIPO FLOW QUE POSSUI MEDIA VISCOSIDADE, COR A2.</b>  <b>Justificativa: o produto atende às especificações do edital.</b>	BIODINAMICA	APROVADA
<b>LOTE 0034 – SOLUCAO REVELADORA PARA RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS - COMPOSICAO: AGUA, DIETILENO GLICOL, HIDROQUINONA E CARBONATO DE POTASSIO; PRONTO PRA USO; VALIDADE 12 MESES; INDICADO PARA TODOS OSFILMES INTRAORAIS; PRODUZ RADIOGRAFIAS</b>	IMPLA	REPROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00034/2024 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS  
COM AMOSTRA/PROSPECTO****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DAS AMOSTRAS**

ODONTOLOGICAS PRONTAS PARA LEITURADE MANEIRA CONVENIENTE, SIMPLES E RAPIDA; FRASCO DE 500ML.  <b>Justificativa: a composição química da amostra não atende as especificações, pois se trata de água, sulfito de potássio, sulfito de sódio, dietileno glicol e hidroquinona.</b>		
<b>LOTE 0035</b> – SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE E ATOXICO, ARAME ESPECIAL PARA FIXACAO IMEDIATA, PONTEIRA COLORIDA, MACIA, VAZADA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE SABOR TUTTI- FRUTTI COM 40 UN.  <b>Justificativa: o produto atende às especificações do edital.</b>	MAXCLEAN	APROVADA

<b>EMPRESA: MG FLEX LTDA</b> <b>CNPJ: 43.121.365/0001-87</b>		
<b>Lote</b>	<b>Marca</b>	<b>Resultado da Análise</b>
<b>LOTE 0001</b> – ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL PRIMER/ADESIVO TIPO 2 EM 1 NUM SÓ FRASCO; SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL; NÃO EVAPORA COMO A ACETONA, O QUE FAZ COM QUE O ADESIVO APRESENTE A MESMA PERFORMANCE DA PRIMEIRA ATÉ A ÚLTIMA GOTA DO FRASCO; POSSUI A TAMPA FLIPTOP, QUE EVITA O DESPERDÍCIO E A EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE; POSSUI ELEVADO RENDIMENTO (O FRASCO COM 6 G RENDE ATÉ 280 GOTAS, COM O RENDIMENTO DE ATÉ 280 RESTAURAÇÕES) E MENOR SENSIBILIDADE TÉCNICA E PÓSOPERATÓRIA; CONTÉM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULADA; PROPICIA ELEVADA RESISTÊNCIA DE UNIÃO E NÃO PRECISA AGITAR O FRASCO ANTES DE USAR.  <b>Justificativa: não apresentou amostra técnica para avaliação.</b>	FGM	REPROVADA
<b>LOTE 0002</b> – AFASTADOR LABIAL ADULTO INDICADO PARA AFASTAR A MUCOSA LABIAL E DA BOCHECHA PARA A COLAGEM DE BRACKETS, PROFILAXIA, FOTOGRAFIAS INTRA-ORAI, APLICACAO DE FLUOR E RESTAURACOES ADESIVAS. ESTERILIZACAO QUIMICA, FABRICADO EM MATERIAL FREXIVEL. NAO E AUTOCLAVAVEL. MEDIDAS MINIMAS 4,1 X 13,5 X 9,4CM  <b>Justificativa: não apresentou amostra técnica para</b>	PRISMA	REPROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00034/2024 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS  
COM AMOSTRA/PROSPECTO****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DAS AMOSTRAS**

<b>avaliação.</b>		
<p><b>LOTE 0020</b> – LAMINA DE BISTURI DE ACO CARBONO ESTERIL UTILIZADAS PARA CORTE DE PELE, TECIDO E RETIRADA DE PONTOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA. FABRICADA EM ACO CARBONO. NO 15C; COM UMA BORDA MAIS EXTENSA DO QUE A LAMINA DE CORTE NO 15 TRADICIONAL, A 15C OFERECE UM ALCANCE ADICIONAL PARA O DENTISTA REALIZAR PROCEDIMENTOS PERIODONTAIS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.</p> <p><b>Justificativa: não apresentou amostra técnica para avaliação.</b></p>	MEDLEVENSOH N	REPROVADA
<p><b>LOTE 0024</b> – RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A1 OPACIDADE B (CORPO) CONSISTENCIA: COMPOSTA. PREENCHIMENTO: 2MM. COMPOSICAO: BISGMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA, CERAMICA SILANIZADA TRATADA, SILICA TRATADA DE SILANO. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL. RADIOPACA. TODAS AS PARTICULAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS. MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BISEMA E PARTICULAS INORGANICAS DE ZIRCONIA/SILICA, COM TAMANHO DE 5 A 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE 0,6 A 1,4 MM. RENDIMENTO: 30 RESTAURACOES DE DENTES ANTERIORES OU 20 DE POSTERIORES. OPACIDADE B (CORPO) COM CARGA INORGANICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO. SERINGAS COM 4G, COR A1 USO ODONTOLOGICO</p> <p><b>Justificativa: o produto apresentado possui partículas em tamanho superior ao solicitado, além do conteúdo da carga inorgânica estar em desacordo com o edital.</b></p>	FGM	REPROVADA
<p><b>LOTE 0025</b> – RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A2 ESMALTE COM 100% DE NANOPARTICULA, MATRIZ ORGANICA DE BISGMA, BIS-EMA, UDMA E PARTICULAS INORGANICAS DE ZIRCONIA/SILICA COM TAMANHO DE 5 A 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE 0,6 A 1,4 MM E 59,5% DE CARGA EM VOLUME (78,5% EM PESO). AS SERINGAS COM 4 G. COR A2 USO ODONTOLOGICO</p> <p><b>Justificativa: o produto apresentado possui partículas em tamanho superior ao solicitado, além do conteúdo da carga inorgânica estar em desacordo com o edital.</b></p>	FGM	REPROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00034/2024 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS  
COM AMOSTRA/PROSPECTO****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DAS AMOSTRAS**

<p><b>LOTE 0026</b> – RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A2 OPACIDADE B (CORPO) CONSISTENCIA: COMPOSTA. PREENCHIMENTO: 2MM. COMPOSICAO: BISGMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA, CERAMICA SILANIZADA TRATADA, SILICA TRATADA DE SILANO. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL. RADIOPACA. TODAS AS PARTICULAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS. MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BISEMA E PARTICULAS INORGANICAS DE ZIRCONIA/SILICA, COM TAMANHO DE 5 A 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE 0,6 A 1,4 MM. RENDIMENTO: 30 RESTAURACOES DE DENTES ANTERIORES OU 20 DE POSTERIORES. OPACIDADE B (CORPO) COM CARGA INORGANICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO. SERINGAS COM 4G, COR A2 USO ODONTOLOGICO.</p> <p><b>Justificativa: o produto apresentado possui partículas em tamanho superior ao solicitado, além do conteúdo da carga inorgânica estar em desacordo com o edital.</b></p>	FGM	REPROVADA
<p><b>LOTE 0027</b> – RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A3 ESMALTE COM 100% DE NANOPARTICULA, MATRIZ ORGANICA DE BISGMA, BIS-EMA, UDMA E PARTICULAS INORGANICAS DE ZIRCONIA/SILICA COM TAMANHO DE 5 A 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE 0,6 A 1,4 MM E 59,5% DE CARGA EM VOLUME (78,5% EM PESO). AS SERINGAS COM 4 G. COR A3 USO ODONTOLOGICO</p> <p><b>Justificativa: o produto apresentado possui partículas em tamanho superior ao solicitado, além do conteúdo da carga inorgânica estar em desacordo com o edital.</b></p>	FGM	REPROVADA
<p><b>LOTE 0028</b> – RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A3 OPACIDADE B (CORPO) CONSISTENCIA: COMPOSTA. PREENCHIMENTO: 2MM. COMPOSICAO: BISGMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA, CERAMICA SILANIZADA TRATADA, SILICA TRATADA DE SILANO. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL. RADIOPACA. TODAS AS PARTICULAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS. MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BISEMA E PARTICULAS INORGANICAS DE ZIRCONIA/SILICA, COM TAMANHO DE 5 A 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE 0,6 A 1,4 MM. RENDIMENTO: 30 RESTAURACOES DE DENTES ANTERIORES OU 20 DE POSTERIORES. OPACIDADE B (CORPO) COM CARGA INORGANICA COM 63,3% EM</p>	FGM	REPROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00034/2024 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS  
COM AMOSTRA/PROSPECTO****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DAS AMOSTRAS**

<p>VOLUME E 78,5% EM PESO. SERINGAS COM 4G, COR A3 USO ODONTOLOGICO.</p> <p><b>Justificativa: o produto apresentado possui partículas em tamanho superior ao solicitado, além do conteúdo da carga inorgânica estar em desacordo com o edital.</b></p>		
<p><b>LOTE 0029</b> – RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A3.5 ESMALTE COM 100% DE NANOPARTICULA, MATRIZ ORGANICA DE BISGMA, BIS-EMA, UDMA E PARTICULAS INORGANICAS DE ZIRCONIA/SILICA COM TAMANHO DE 5 A 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE 0,6 A 1,4 MM E 59,5% DE CARGA EM VOLUME (78,5% EM PESO). AS SERINGAS COM 4 G COR A3.5 USO ODONTOLOGICO</p> <p><b>Justificativa: o produto apresentado possui partículas em tamanho superior ao solicitado, além do conteúdo da carga inorgânica estar em desacordo com o edital.</b></p>	FGM	REPROVADA
<p><b>LOTE 0030</b> – RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A3.5 OPACIDADE B (CORPO) CONSISTENCIA: COMPOSTA. PREENCHIMENTO: 2MM. COMPOSICAO: BISGMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA, CERAMICA SILANIZADA TRATADA, SILICA TRATADA DE SILANO. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL. RADIOPACA. TODAS AS PARTICULAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS. MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BISEMA E PARTICULAS INORGANICAS DE ZIRCONIA/SILICA, COM TAMANHO DE 5 A 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE 0,6 A 1,4 MM. RENDIMENTO: 30 RESTAURACOES DE DENTES ANTERIORES OU 20 DE POSTERIORES. OPACIDADE B (CORPO) COM CARGA INORGANICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO. SERINGAS COM 4G, COR A3.5 USO ODONTOLOGICO.</p> <p><b>Justificativa: o produto apresentado possui partículas em tamanho superior ao solicitado, além do conteúdo da carga inorgânica estar em desacordo com o edital.</b></p>	FGM	REPROVADA
<p><b>LOTE 0032</b> – SOLUCAO FIXADORA PARA RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS - COMPOSICAO: BISSULFITO DE SODIO, SULFATO DE ALUMINIO E AMONIA; INCOLOR; PRONTO PRA USO; VALIDADE 12 MESES; FRASCO 500ML.</p> <p><b>Justificativa: não apresentou amostra técnica para avaliação.</b></p>	DCP	REPROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00034/2024 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS  
COM AMOSTRA/PROSPECTO**

**1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DAS AMOSTRAS**

11 de outubro de 2024, Venda Nova do Imigrante/ES

---

**Francisco Santana Machado Girão**  
**Cirurgião-dentista**  
**CRO: 4672-ES**