

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**PREGÃO ELETRÔNICO 00034/2024 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
COM AMOSTRA/PROSPECTO****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

EMPRESA: K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 20.669.174/0001-59		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0013 – CONTRA - ANGULO INTRA MATIC BAIXO NIVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. CABECA FIXA COM SPRAY EXTERNO. UTILIZA BROCAS TIPO AR E FG (COM ADAPTAÇÃO DO MADRIL FG PARA BROCAS DE ALTA ROTACAO). EXCLUSIVA RECARTELA SOFT.MENOR IRRITACAO E FADIGA DOS DEDOS. ALTA ADERENCIA NA PEGA. FACILIDADE DE ASEPSIA. MATERIAL: LATAO, ALUMINIO E ACO INOX. ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE / 1.000 CICLOS. MAX. 20.000 RPM. BAIXO NIVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. Justificativa: o produto apresentado atende as especificações do Edital.	PRÓPRIA	APROVADA
LOTE 0021 – MICRO MOTOR ALTO TORQUE PARA PROTESES, POLIMENTOS, PREPARACAO DE CONDUTOS E PROFILAXIA. ROTACAO CONTROLADA E VARIÁVEL ENTRE 3.000 RPM A 18.000 RPM. BAIXO NIVEL DE RUÍDO. INVERSAO E CONTROLE DE ROTACAO FACILITANDO A REALIZACAO DO TRABALHO. AUTOCLAVAVEL ATE 135OC. CONEXAO 02 FUROS. SISTEMA INTRA PARA ACOPLAMENTO DO CONTRA-ANGULO E PECA RETA. CORPO DE DIAMETRO DE 15MM. MODELO COM ESPRAY EXTERNO. GARANTIA DE 06 MESES. Justificativa: o produto apresentado atende as especificações do Edital.	PRÓPRIA	APROVADA

EMPRESA: MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME CNPJ: 28.857.335/0001-40		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0011 – CONE DE GUTAPERCHA PRINCIPAL 1A SERIE 15-40 CX COM 120 UNIDADES Justificativa: o produto apresentado atende as especificações do Edital.	IMPLA	APROVADA
LOTE 0012 – CONE DE GUTAPERCHA PRINCIPAL 2A SERIE 45-80 CX COM 120 UNID	IMPLA	APROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00034/2024 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
COM AMOSTRA/PROSPECTO****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

Justificativa: o produto apresentado atende as especificações do Edital.		
LOTE 0014 – DESCOLADOR MOLT N° 1-2 INSTRUMENTO FABRICADO COM ACO INOXIDAVEL QUE SEGUE A NORMA NBR ISO 7153-1; PRODUZIDO COM ACOS INOXIDAVEIS AUSTENITICOS E MARTENSITICOS, SEGUNDO A NORMA ASTM 7153-1; GRAVACAO DE LOTE E REFERENCIA QUE IDENTIFICA O PRODUTO, O ANO EM QUE FOI PRODUZIDO E OS PROCESSOS A QUE FOI SUBMETIDO EM SUA PRODUCAO; ESTA E A GARANTIA DE QUE TODO E QUALQUER EVENTUAL DEFEITO DE FABRICACAO POSSA SER IMEDIATAMENTE IDENTIFICADO E CORRIGIDO; REGISTRO NA ANVISA. Justificativa: marca aprovada no relatório de análise de conformidade do Pregão Eletrônico Nº 00054/2023.	IMPLA	APROVADA
LOTE 0015 – DESCOLADOR MOLT N° 2-4 INSTRUMENTO FABRICADO COM ACO INOXIDAVEL QUE SEGUE A NORMA NBR ISO 7153-1; PRODUZIDO COM ACOS INOXIDAVEIS AUSTENITICOS E MARTENSITICOS, SEGUNDO A NORMA ASTM 7153-1; GRAVACAO DE LOTE E REFERENCIA QUE IDENTIFICA O PRODUTO, O ANO EM QUE FOI PRODUZIDO E OS PROCESSOS A QUE FOI SUBMETIDO EM SUA PRODUCAO; ESTA E A GARANTIA DE QUE TODO E QUALQUER EVENTUAL DEFEITO DE FABRICACAO POSSA SER IMEDIATAMENTE IDENTIFICADO E CORRIGIDO; REGISTRO NA ANVISA. Justificativa: marca aprovada no relatório de análise de conformidade do Pregão Eletrônico Nº 00054/2023.	IMPLA	APROVADA
LOTE 0022 – PERIOTOMO UTILIZADO PARA EXTRACAO ATRAUMATICA. FABRICADO EM ACO INOX, AUTOCLAVEL, DUPLO. Justificativa: marca aprovada no relatório de análise de conformidade do Pregão Eletrônico Nº 00054/2023.	IMPLA	APROVADA

EMPRESA: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ: 38.259.748/0001-86		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 008 – CANETA DE ALTA ROTACAO COM DESIGN MODERNO FABRICADA EM ALUMINIO ANODIZADO, RESULTANDO EM MAIOR CONFORTO PARA A MANIPULACAO; DEMAIS CARACTERISTICAS DO PERIFERICO:	DENTEMED PRIME CX207- W-2 PB - ANVISA:	APROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00034/2024 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
COM AMOSTRA/PROSPECTO**

1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS

<p>PUSH BUTTON: RAPIDO SISTEMA DE SUBSTITUICAO DA BROCA QUE EXIGE APENAS UM SIMPLES TOQUE NA PARTE POSTERIOR DA CABECA DA PECA DE MAO E QUE AUMENTA A SUA CAPACIDADE DE RETENCAO QUANDO A ALTA ROTACAO E ACIONADA. EVITA DANOS AS BROCAS, PRINCIPALMENTE AS FINAS DIAMANTADAS, E A POSSIBILIDADE DE INFECCOES CRUZADAS CAUSADAS PELO USO DO SACA-BROCAS; ELIMINA A PRESSAO MECANICA DO SACA-BROCAS SOBRE OS ROLAMENTOS, PROLONGANDO, ASSIM, A VIDA UTIL DAS PECAS; SPRAY TRIPLO: GRANDE EFICIENCIA NA REFRIGERACAO DA BROCA E DA SUPERFICIE DO DENTE, INDEPENDENTEMENTE DO PROCEDIMENTO EU ESTA SENDO REALIZADO; PRESERVA A INTEGRIDADE DA POLPA, GARANTE MAIOR COMODIDADE AO PACIENTE E AUMENTA A VIDA UTIL DA BROCA; TURBINA MICROBALANCEADA: O MICROBALANCEAMENTO ELIMINA AS VIBRACOES DA TURBINA, AUMENTANDO SUA VIDA UTIL, DIMINUINDO CONSIDERAVELMENTE O RUIDO E PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO PROFISSIONAL; ENGATE BORDEN: ENGATE DE DOIS FUIROS; ENGATE MIDWEST: ENGATE DE QUATRO FUIROS; AUTOCLAVAVEL: AUTOCLAVAVEL EM UMA TEMPERATURA DE ATE 135°C SEM RISCO DE DANOS, CONTRIBUINDO COM A BIOSSEGURANCA DO CONSULTORIO; PESO (G) 37 BRODEN/44 MIDWEST; ROTACAO (RPM): 400000; CONSUMO DE AR (L/MIN): 42; PRESSAO (PSI): 30; DIAMETRO DA CABECA (MM): 11; ALTURA DA CABECA (MM): 14,7; CONSUMO DE AGUA NO SPRAY (ML/MIN): 42 NIVEL SONORO (DB): 69 CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, ISO 9001, ISO 13485; REGISTRO NA ANVISA</p> <p>Justificativa: marca aprovada no relatório de análise de conformidade do Pregão Eletrônico Nº 00054/2023.</p>	<p>80349600009</p>	
--	--------------------	--

18 de setembro de 2024, Venda Nova do Imigrante/ES

Francisco Santana Machado Girão
Cirurgião-dentista
CRO: 4672-ES