

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00034/2024 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
COM AMOSTRA/PROSPECTO****2º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DAS AMOSTRAS**

EMPRESA: A2XR COMERCIAL LTDA CNPJ: 50.591.089/0001-86		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0002 – AFASTADOR LABIAL ADULTO INDICADO PARA AFASTAR A MUCOSA LABIAL E DA BOCHECHA PARA A COLAGEM DE BRACKETS, PROFILAXIA, FOTOGRAFIAS INTRA-ORAI, APLICACAO DE FLUOR E RESTAURACOES ADESIVAS. ESTERILIZACAO QUIMICA, FABRICADO EM MATERIAL FREXIVEL. NAO E AUTOCLAVAVEL. MEDIDAS MINIMAS 4,1 X 13,5 X 9,4CM Justificativa: marca aprovada no relatório de análise de conformidade do Pregão Eletrônico Nº 00012/2022.	MAQUIRA	APROVADA
LOTE 0016 – ESPELHO BUCAL PLANO NO5 EM ACO INOXIDAVEL, UTILIZANDO UM ESPELHO EM CRISTAL FLOAT COM DUAS CAMADAS PROTETORAS ANTI-CORROSAO. (AMOSTRA TECNICA) Justificativa: empresa não apresentou amostra para avaliação.	PREVEN	REPROVADA

EMPRESA: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 34.412.925/0001-61		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0006 – BANDA MATRIZ ACO INOX 0,05X5X500M Justificativa: o produto apresentado se mostra “fino” e flexível. A matriz deve ser mais rígida e resistente, para que não prejudique a execução do serviço feito pelo profissional.	PREVEN	REPROVADA
LOTE 0007 – BANDA MATRIZ ACO INOX 0,05X7X500M Justificativa: o produto apresentado se mostra “fino” e flexível. A matriz deve ser mais rígida e resistente, para que não prejudique a execução do serviço feito pelo profissional.	PREVEN	REPROVADA

EMPRESA: DENTAL IPO LTDA CNPJ: 34.412.925/0001-61		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0009 – CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO	DFL	APROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00034/2024 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
COM AMOSTRA/PROSPECTO**

2º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DAS AMOSTRAS

<p>COMPOSICAO:O PO DO IONOMERO DE VIDRO CONTEM: SILICATO DE BARIO E ALUMINIO, ACIDO POLIACRILICO DESIDRATADO E OXIDO DE FERRO.O LIQUIDO DO IONOMERO DE VIDRO CONTEM: ACIDO POLIACRILICO, ACIDO TARTARICO E AGUA DESTILADA; CIMENTO IONOMERO DE VIDRO CONDENSAVEL, PARA RESTAURACOES EM DENTES POSTERIORES, QUIMICAMENTE ATIVADO, RADIOPACO, DE BOA ESTETICA, DE FACIL MANIPULACAO, COM RAPIDO ENDURECIMENTO E QUE PODE SER ESCULPIDO COM FACILIDADE; SUA GELEIFICACAO OCORRE PELA REACAO ACIDO/BASE; ALEM DAS CARACTERISTICAS COMUNS A UM IONOMERO DE VIDRO, QUE SAO A BIOCOMPATIBILIDADE, GRANDE ADESAO QUIMICA, BAIXA SOLUBILIDADE, ADESAO EM SUPERFICIES UMIDAS E LIBERACAO CONTINUA DE FLUOR, POSSUI, ADICIONALMENTE, ALTA RESISTENCIA A COMPRESSAO, ALTA RESISTENCIA A FLEXAO, DUREZA DE SUPERFICIE, ALTA VISCOSIDADE E BAIXA ABRASAO, SENDO IDEAL PARA USO NA TECNICA ART;INDICACOES:RECOMENDADO PARA RESTAURACAO FINAL CLASSES I, II, III E V DE DENTES DECIDUOS; PARA RESTAURACOES PERMANENTES OU DE LONGA DURACAO EM AREAS SEM IMPACTO DE CLASSE I E II; E PARA RESTAURACOES INTERMEDIARIAS. POSSUI USO RECOMENDADO PARA A TECNICA RESTAURADORA ATRAUMATICA (ART), PARA AS CAVIDADES QUE ENVOLVAM UMA OU MAIS SUPERFICIES, RESTAURACOES EM DENTES DECIDUOS E PERMANENTES E NUCLEOS DE PREENCHIMENTO; PODE SER USADO COMO MATERIAL INTERMEDIARIO PARA CAVIDADES SOB STRESS PESADO DE CLASSE I E II E NA ADEQUACAO DO MEIO BUCAL EM PACIENTES COM ATIVIDADE OU NAO;APRESENTACAO:CARTUCHO CONTENDO: 1 FRASCO COM 12,5G DE PO + 1 FRASCO COM 8,5ML DE LIQUIDO + 1 COLHER MEDIDORA + 1 BLOCO PARA ESPATULACAO; COR A3</p> <p>Justificativa: marca aprovada no relatório de análise de conformidade do Pregão Eletrônico Nº 00054/2023.</p>	<p>Vitro Molar Kit A3- 12,5g+8,5ml</p>	
<p>LOTE 0024 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A1 OPACIDADE B (CORPO) CONSISTENCIA: COMPOSTA. PREENCHIMENTO: 2MM. COMPOSICAO: BISGMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA, CERAMICA SILANIZADA TRATADA, SILICA TRATADA DE SILANO. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL. RADIOPACA. TODAS AS PARTICULAS</p>	<p>Ultradent Forma BA1</p>	<p>APROVADA</p>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00034/2024 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
COM AMOSTRA/PROSPECTO****2º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DAS AMOSTRAS**

<p>COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS. MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BISEMA E PARTICULAS INORGANICAS DE ZIRCONIA/SILICA, COM TAMANHO DE 5 A 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE 0,6 A 1,4 MM. RENDIMENTO: 30 RESTAURACOES DE DENTES ANTERIORES OU 20 DE POSTERIORES. OPACIDADE B (CORPO) COM CARGA INORGANICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO. SERINGAS COM 4G, COR A1 USO ODONTOLOGICO.</p> <p>Justificativa: marca aprovada no relatório de análise de conformidade do Pregão Eletrônico Nº 00054/2023.</p>		
<p>LOTE 0026 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A2 OPACIDADE B (CORPO) CONSISTENCIA: COMPOSTA. PREENCHIMENTO: 2MM. COMPOSICAO: BISGMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA, CERAMICA SILANIZADA TRATADA, SILICA TRATADA DE SILANO. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL. RADIOPACA. TODAS AS PARTICULAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS. MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BISEMA E PARTICULAS INORGANICAS DE ZIRCONIA/SILICA, COM TAMANHO DE 5 A 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE 0,6 A 1,4 MM. RENDIMENTO: 30 RESTAURACOES DE DENTES ANTERIORES OU 20 DE POSTERIORES. OPACIDADE B (CORPO) COM CARGA INORGANICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO. SERINGAS COM 4G, COR A2 USO ODONTOLOGICO.</p> <p>Justificativa: marca aprovada no relatório de análise de conformidade do Pregão Eletrônico Nº 00054/2023.</p>	Ultradent Forma BA2	APROVADA
<p>LOTE 0028 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A3 OPACIDADE B (CORPO) CONSISTENCIA: COMPOSTA. PREENCHIMENTO: 2MM. COMPOSICAO: BISGMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA, CERAMICA SILANIZADA TRATADA, SILICA TRATADA DE SILANO. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL. RADIOPACA. TODAS AS PARTICULAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS. MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BISEMA E PARTICULAS INORGANICAS DE ZIRCONIA/SILICA, COM TAMANHO DE 5 A 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE 0,6 A 1,4 MM. RENDIMENTO: 30 RESTAURACOES DE DENTES ANTERIORES OU 20 DE POSTERIORES. OPACIDADE B (CORPO) COM CARGA INORGANICA COM 63,3% EM</p>	Ultradent Forma BA3	APROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00034/2024 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
COM AMOSTRA/PROSPECTO****2º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DAS AMOSTRAS**

VOLUME E 78,5% EM PESO. SERINGAS COM 4G, COR A3 USO ODONTOLOGICO. Justificativa: marca aprovada no relatório de análise de conformidade do Pregão Eletrônico Nº 00054/2023.		
LOTE 0030 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A3.5 OPACIDADE B (CORPO) CONSISTENCIA: COMPOSTA. PREENCHIMENTO: 2MM. COMPOSICAO: BISGMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA, CERAMICA SILANIZADA TRATADA, SILICA TRATADA DE SILANO. RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL. RADIOPACA. TODAS AS PARTICULAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS. MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BISEMA E PARTICULAS INORGANICAS DE ZIRCONIA/SILICA, COM TAMANHO DE 5 A 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE 0,6 A 1,4 MM. RENDIMENTO: 30 RESTAURACOES DE DENTES ANTERIORES OU 20 DE POSTERIORES. OPACIDADE B (CORPO) COM CARGA INORGANICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO. SERINGAS COM 4G, COR A3.5 USO ODONTOLOGICO. Justificativa: marca aprovada no relatório de análise de conformidade do Pregão Eletrônico Nº 00054/2023.	Ultradent Forma BA3,5	APROVADA

EMPRESA: DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ: 08.849.206/0001-00		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0034 – SOLUCAO REVELADORA PARA RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS - COMPOSICAO: AGUA, DIETILENO GLICOL, HIDROQUINONA E CARBONATO DE POTASSIO; PRONTO PRA USO; VALIDADE 12 MESES; INDICADO PARA TODOS OSFILMES INTRAORAIS; PRODUZ RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS PRONTAS PARA LEITURADE MANEIRA CONVENIENTE, SIMPLES E RAPIDA; FRASCO DE 500ML. Justificativa: a composição química da amostra não atende as especificações, pois se trata de água, carbonato de sódio, sulfito de sódio, metol, hidroquinona, brometo de sódio.	IODONTOSUL X RAY	REPROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00034/2024 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
COM AMOSTRA/PROSPECTO****2º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DAS AMOSTRAS**

EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ: 05.199.015/0001-44		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0025 – RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A2 ESMALTE COM 100% DE NANOPARTICULA, MATRIZ ORGANICA DE BISGMA, BIS-EMA, UDMA E PARTICULAS INORGANICAS DE ZIRCONIA/SILICA COM TAMANHO DE 5 A 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE 0,6 A 1,4 MM E 59,5% DE CARGA EM VOLUME (78,5% EM PESO). AS SERINGAS COM 4 G. COR A2 USO ODONTOLOGICO Justificativa: o produto apresentado possui partículas em tamanho superior ao solicitado.	3M Z100	REPROVADA
LOTE 0027 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A3 ESMALTE COM 100% DE NANOPARTICULA, MATRIZ ORGANICA DE BISGMA, BIS-EMA, UDMA E PARTICULAS INORGANICAS DE ZIRCONIA/SILICA COM TAMANHO DE 5 A 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE 0,6 A 1,4 MM E 59,5% DE CARGA EM VOLUME (78,5% EM PESO). AS SERINGAS COM 4 G. COR A3 USO ODONTOLOGICO Justificativa: o produto apresentado possui partículas em tamanho superior ao solicitado.	3M Z100	REPROVADA
LOTE 0029 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A3.5 ESMALTE COM 100% DE NANOPARTICULA, MATRIZ ORGANICA DE BISGMA, BIS-EMA, UDMA E PARTICULAS INORGANICAS DE ZIRCONIA/SILICA COM TAMANHO DE 5 A 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE 0,6 A 1,4 MM E 59,5% DE CARGA EM VOLUME (78,5% EM PESO). AS SERINGAS COM 4 G COR A3.5 USO ODONTOLOGICO Justificativa: o produto apresentado possui partículas em tamanho superior ao solicitado.	3M Z100	REPROVADA

EMPRESA: L.A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ: 11.145.401/0001-56		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0020 – LAMINA DE BISTURI DE ACO CARBONO ESTERIL UTILIZADAS PARA CORTE DE PELE, TECIDO E RETIRADA DE PONTOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA. FABRICADA EM ACO CARBONO. NO 15C; COM UMA BORDA	MEDIX	APROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00034/2024 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
COM AMOSTRA/PROSPECTO**

2º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DAS AMOSTRAS

<p>MAIS EXTENSA DO QUE A LAMINA DE CORTE NO 15 TRADICIONAL, A 15C OFERECE UM ALCANCE ADICIONAL PARA O DENTISTA REALIZAR PROCEDIMENTOS PERIODONTAIS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.</p> <p>Justificativa: Justificativa: marca aprovada no relatório de análise de conformidade do Pregão Eletrônico Nº 00054/2023.</p>		
--	--	--

<p>EMPRESA: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ: 28.857.335/0001-40</p>		
Lote	Marca	Resultado da Análise
<p>LOTE 0001 – ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL PRIMER/ADESIVO TIPO 2 EM 1 NUM SO FRASCO; SOLVENTE DE AGUA E ALCOOL; NAO EVAPORA COMO A ACETONA, O QUE FAZ COM QUE O ADESIVO APRESENTE A MESMA PERFORMANCE DA PRIMEIRA ATE A ULTIMA GOTA DO FRASCO; POSSUI A TAMPA FLIPTOP, QUE EVITA O DESPERDICIO E A EVAPORACAO DO SOLVENTE; POSSUI ELEVADO RENDIMENTO (O FRASCO COM 6 G RENDE ATE 280 GOTAS, COM O RENDIMENTO DE ATE 280 RESTAURACOES) E MENOR SENSIBILIDADE TECNICA E POSOPERATORIA; CONTEM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULADA; PROPICIA ELEVADA RESISTENCIA DE UNIAO E NAO PRECISA AGITAR O FRASCO ANTES DE USAR</p> <p>Justificativa: Justificativa: marca aprovada no relatório de análise de conformidade do Pregão Eletrônico Nº 00054/2023.</p>	3M	APROVADA
<p>LOTE 0032 – SOLUCAO FIXADORA PARA RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS - COMPOSICAO: BISSULFITO DE SODIO, SULFATO DE ALUMINIO E AMONIA; INCOLOR; PRONTO PRA USO; VALIDADE 12 MESES; FRASCO 500ML.</p> <p>Justificativa: a composição química da amostra não atende as especificações, pois se trata de água, tiosulfato de amônio e bissulfito de sódio.</p>	IMPLA	REPROVADA

25 de outubro de 2024, Venda Nova do Imigrante/ES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00034/2024 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
COM AMOSTRA/PROSPECTO**

2º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DAS AMOSTRAS

**Francisco Santana Machado Girão
Cirurgião-dentista
CRO: 4672-ES**

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 442efdc1852afda6ae21312249c1ac35

Documento assinado por:

Francisco Santana Machado Girao	
CPF: 09432681769	
Email Verificado: fsmgirao@gmail.com	
IP: 45.187.11.123	Data: 30/10/2024 12:17:33

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 31/10/2024 08:20:49